

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/032/2017- 2 89

Lublin, 06.07.2017 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedzi na pytania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na części dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Postępowanie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html> w dniu 2017-06-30 r. oraz w BZP: Ogłoszenie nr 542737-N-2017 z dnia 2017-06-30 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust.1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania.

Pytanie 1:

Część 6.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o poniższych parametrach:

Moc ultradźwiękowa (max/okres): 600 W

Częstotliwość: 37 kHz zachowując pozostałe parametry wg wytycznych?.

Odpowiedź 1:

Zamawiający w **części 6: Dostawa myjki ultradźwiękowej na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL**, dopuszcza zaproponowane parametry dotyczące mocy i częstotliwości pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Podpisano

Dyrektor Administracji KUL

mgr Paweł Wołojęcki