

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/077/2018 - 659

Data: 15.11.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa aparatury laboratoryjnej z podziałem na części
dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II**

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania wraz z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Zapytanie 1:

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie do SIWZ - znak sprawy AZP-240/PN-p30/077/2018.

Dotyczy części nr 5:

- Czy Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne: 24 x 28 x 34 cm przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza w części 5 pn. Dostawa suszarki laboratoryjnej na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL wymiary wewnętrzne: 24 x 28 x 34 cm przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Zapytanie 2:

Dotyczy Część 4 – Dostawa wytrząsarki o ruchu kołowym z akcesoriami na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jaki typ platformy ma być dostarczony z wytrząsarką. Czy mają to być wszystkie platformy?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż chodzi tu o platformę z uchwytami na kolbki o pojemności 50 ml i 100 ml.

Zapytanie 3:

Część 5 - Dostawa suszarki laboratoryjnej na potrzeby Katedry Bionanomateriałów KUL-1 szt.

Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną wyposażoną w timer umożliwiający ustawienie maksymalnego czasu trwania odcinka programu do 144 godz., ale nie posiadającą zegara sterującego pracą suszarki? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż dopuszczalna jest suszarka laboratoryjna wyposażona w timer umożliwiający ustawienie programu grzejnego na maksymalnie 144 godziny.

Podpisano

Prorektor

**Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL**