



Lublin, 16.09.2009r.

Nr sprawy AZP-250-ZP-BT/PN-p206-02/II/2009

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 206 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ (II) DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO KUL STANOWIĄCEJ WYPOSAŻENIE BUDYNKU BIOTECHNOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W LUBLINIE Z PODZIAŁEM NA 15 CZĘŚCI

Zamawiający informuje w trybie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o wpłynięciu w dn. 10.09.2009 pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść pytań i odpowiedzi poniżej:

Dotyczy części nr 4, 5 oraz 7

Uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby oferowane w częściach nr 4, 5 oraz 7 termocyklery posiadały licencję na PCR?

Odpowiedz:

Tak

Dotyczy części nr 12, inkubator nr 1

Uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający dopuści inkubator CO2 pracujący w zakresie temperatury od RT +4°C do +50°C, $\pm 0.1^\circ\text{C}$ oraz posiadający jednorodność rozkładu temperatury $\pm 0.3^\circ\text{C}$

Odpowiedz:

Tak

Podpisano

Dyrektor Administracyjny KUL

mgr Paweł Pieniężny