



Lublin, 30.09.2009

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 206 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ
DLA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH
KATOLICKIEGO UNIwersYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W LUBLINIE
Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI**

AZP-250-ZP-ICBN/PN-p206-06/II/2009

Zamawiający informuje że w pytaniach i odpowiedziach 3 opublikowanych na stronie internetowej KUL z dn. 29.09.2009 jedno z pytań zawiera nieprawidłową odpowiedź. Prawidłową odpowiedź podajemy poniżej:

Pytanie 17.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tensjometru z zakresem regulacji szybkości stolika 0,09 ... 500 mm/min? Podany przez Państwa zakres 0,01 ... 500 mm/s jest niemożliwy dla zastosowania w przypadku wykrywania powierzchni przez element pomiarowy tensjometru.

Odpowiedź prawidłowa:

Zamawiający stwierdza że w podanych w SIWZ parametrach zastosowano nieprawidłową jednostkę SI. Poprawna jednostka powinna wynosić mm/min. zamiast mm/s. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego parametru z 0,01...500 mm/s na 0,01... 500 mm/min., natomiast nie wyraża zgody na regulację szybkości stolika w zakresie 0,09 500 mm/min.

Podpisano
Dyrektor Administracyjny KUL

mgr Paweł Pieniężny