



Lublin, 25.08.2009r.

Nr sprawy AZP-250-ZP-BT/PN-p206-02/II/2009

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 206 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ (II) DLA WYDZIAŁU  
MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO KUL STANOWIĄCEJ WYPOSAŻENIE  
BUDYNKU BIOTECHNOLOGII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO  
JANA PAWŁA II W LUBLINIE Z PODZIAŁEM NA 15 CZĘŚCI**

Zamawiający informuje w trybie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) o wpłynięciu w dniu 12.08.2009, pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść pytań i odpowiedzi poniżej:

**Pytanie 1.**

**Dotyczy zapisu Rozdziału V ust. 1 pkt 2 SIWZ:**

„... 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 prawo zamówień publicznych) to jest konkretnie wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (od 29 lipca 2006 r. do 29 lipca 2009 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał: **w części 1 – co najmniej 3 dostawy aparatury naukowo-badawczej w postaci systemu rejestracji fluorescencji o wartości 340 000,00 PLN brutto każda** (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy 00/100 PLN brutto)”

Mając na względzie zapis §1 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 nr 87, poz. 605) wnosimy o zmianę powyższego zapisu na zapis:

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 prawo zamówień publicznych) to jest konkretnie wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (od 29 lipca 2006 r. do 29 lipca 2009 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał: **w części 1 – co najmniej 1 dostawy aparatury laboratoryjnej o wartości minimum składanej oferty”**

**Powyższe odnosi się do każdego warunku w zakresie wykazania doświadczenia określonego w pkt 2 s.i.w.z.**



### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. W wyniku uwzględnienia w całości protestu z dnia 10.08.2009 Zamawiający wprowadził w zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale V ust.1 pkt.2. oraz w ślad za tym także w Rozdziale VI ust.2 pkt.7 SIWZ pismem z dnia 25.08.2009 i zmiany te wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści pisma.

### **Pytanie 2.**

#### **Dotyczy zapisu Rozdziału V ust. 1 pkt 2 SIWZ:**

„... 7) Wykaz dostaw, wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 18** do SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (od 29 lipca 2006 r. do 29 lipca 2009 r.) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców w tym:

**w części 1 – co najmniej 3 dostawy aparatury naukowo-badawczej w postaci systemu rejestracji fluorescencji o wartości 340 000,00 PLN brutto każda** (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy 00/100 PLN brutto)”

#### **Wnosimy o zmianę na zapis:**

„... 7) Wykaz dostaw, wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 18** do SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (od 29 lipca 2006 r. do 29 lipca 2009 r.) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców w tym:

**w części 1 – co najmniej 1 dostawy aparatury laboratoryjnej o wartości minimum składanej oferty”**

**Powyższe odnosi się do każdego warunku w zakresie wykazania doświadczenia określonego w pkt 7 s.i.w.z.**

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. W wyniku uwzględnienia w całości protestu z dnia 10.08.2009 Zamawiający wprowadził w zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale V ust.1 pkt.2. oraz w ślad za tym także w Rozdziale VI ust.2 pkt.7 SIWZ pismem z dnia 25.08.2009 i zmiany te wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści pisma.

### **Pytanie 3.**

#### **Dotyczy zapisu s.i.w.z np. Załączniki szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:**



„Punkty serwisowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - wymagane podanie wszystkich dostępnych punktów serwisowych (podać adresy, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail do kontaktu w celu zgłoszenia usterki)”

Wnosimy o ujednoczenie wymagania odnośnie punktów serwisowych na terenie Rzeczypospolitej poprzez **wykreślenie konieczności posiadania punktów serwisowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** ze względu chociażby na fakt, że wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu może być podmiot z kraju UE i niekoniecznie z Polski, który nie posiada serwisu na terenie RP a jest jednocześnie w stanie dochować terminów do realizacji potencjalnej naprawy lub wymiany sprzętu. Pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający zastrzegł terminy związane z czasem reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę, co w zupełności zabezpiecza interesy Zamawiającego w zakresie ciągłości wykonywanych badań.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2007, Nr 223, poz. 1655 ze zm. ) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotychczasowe brzmienie zapisów Załączników nr1-15 do SIWZ tj. Szczegółowego opisu parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań zamawiającego w części 1-15 :

„ Punkty serwisowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- wymagane podanie wszystkich dostępnych punktów serwisowych podać adresy, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail do kontaktu w celu zgłoszenia usterki”

oraz

„Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski”

#### Zostaje zmienione na:

„ Punkty serwisowe - wymagane podanie wszystkich dostępnych punktów serwisowych podać adresy, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail do kontaktu w celu zgłoszenia usterki”

oraz

„Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski (gdy występuje) – podać adres, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail do kontaktu”

#### **Pytanie 4.**

##### **Dotyczy zapisu s.i.w.z np. Załączniki szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:**

„...Gwarancja wymagana – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru – podać w miesiącach”

Wnosimy o ujednoczenie wymagania odnośnie czasu trwania gwarancji na 12 miesięcy, gdyż w chwili obecnej w zakresie różnych przedmiotów zamówienia okres ten jest różny.



### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wprowadza zmian w treści SIWZ.

### **Pytanie 5.**

#### **Dotyczy zapisu s.i.w.z np. Załącznika nr 16 poz. 15.**

„...Doświadczenie zawodowe: min. 5 aparatów tego samego rodzaju zainstalowanych przez oferenta w Polsce.”

Wnosimy o wykreślenie z każdego załącznika do s.i.w.z. – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zapisów odnoszących się do doświadczenie w zakresie wymaganych dostaw lub zmianę na zapis:

„...Doświadczenie zawodowe: min. 1 aparatów tego samego rodzaju (sprzęt laboratoryjny) zainstalowany przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia”

Dodać należy, że wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu może być podmiot z kraju UE i niekoniecznie z Polski, który wykonał zamówienie – dostawę, niekoniecznie na terenie Polski a jest jednocześnie w stanie dochować terminów jak i również jest doświadczony w do realizacji przedmiotu zamówienia

#### **Powyższe dotyczy pozostałych Załączników do s.i.w.z gdzie takowy zapis został zawarty.**

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykreśla się zapisy Załączników nr1-15 do SIWZ tj. Szczegółowego opisu parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań zamawiającego w części 1-15 następujących treści :

„ Doświadczenie zawodowe min.3 urządzenia zainstalowane w Polsce”

„Doświadczenie zawodowe: min.5 aparatów tego samego rodzaju zainstalowanych w Polsce”

„Doświadczenie zawodowe-minimum 5 instalacji komór laminarnych”

### **Pytanie 6.**

#### **Dotyczy s.i.w.z.**

Wnosimy o rozważenie poszerzenia zapisów s.i.w.z. o poniższe zapisy:

„...Strony dopuszczają zmiany umowy czasowe lub trwale w trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach:

1. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obciążenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia jeżeli średni kurs EURO lub USD ulegnie zmianie o minimum 5% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert.
3. Konieczność wprowadzenia zmiany umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.



4. Bilans zmian to jest korzyści i obciążeń dla Zamawiającego nie wpływa korzystnie na interes prawny lub faktyczny Zamawiającego”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wprowadza zmian w treści SIWZ.

**Pytanie 7.**

**Dotyczy zapisu § 9 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 20 do s.i.w.z**

„...5) za niewykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 dla części ...”

**Wnosimy o zmianę na zapis:**

„...5) za niewykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wprowadza zmian w treści SIWZ.

**Pytanie 8.**

**Dotyczy s.i.w.z**

Czy Zamawiający ze względu na bardzo duże wahania kursów walut w stosunku do PLN dopuści podanie ceny oferty w walucie EURO, np. porównanie cen ofert poprzez przeliczenie kwoty waluty EURO na PLN po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofert, a następnie wystawianie faktur VAT przez wykonawcę na według równowartości w PLN po przeliczeniu kwoty waluty EURO po kursie średnim z dnia sprzedaży według Tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wprowadza zmian w treści SIWZ.

**Dokonane zmiany specyfikacji wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.**

Podpisano

Dyrektor Administracyjny KUL

mgr Paweł Pieniężny