

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 206 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ (III)
DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO KUL
STANOWIĄCEJ WYPOSAŻENIE BUDYNKU BIOTECHNOLOGII
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
W LUBLINIE Z PODZIAŁEM NA 18 CZĘŚCI.**

Zamawiający informuje w trybie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) o wpłynięciu w dniu 10.08.2009 pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść pytań i odpowiedzi poniżej:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wirówki ze sterowaniem przy pomocy klawiatury membranowej ?

Pytanie 2.

Czy Zamawiający oczekuje oferty na wirówki z wirnikiem horyzontalnym 40x15 ml czy 3x15 ml ?

Pytanie 3.

Czy Zamawiający oczekuje oferty na wirówki z wirnikiem kątowym 6x85 ml czy 4x85 ml ?

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści wirówki ze sterowaniem przy pomocy klawiatury membranowej ?

Pytanie 5.

Czy Zamawiający oczekuje oferty na wirówki z wirnikiem horyzontalnym czy kątowym o parametrach 24x1,5/2,5 ml?

Odpowiedź Ad.1.

Zamawiający jest zainteresowany innym sposobem sterowania wirówki, nie za pomocą klawiatury membranowej.

Odpowiedź Ad.2.

Zamawiający wymaga rotora o parametrach 40x15 ml.

Odpowiedź Ad.3.

Zamawiający wymaga rotora o parametrach 6x85 ml.

Odpowiedź Ad.4.

Zamawiający jest zainteresowany innym sposobem sterowania wirówki, nie za pomocą klawiatury membranowej.

Odpowiedź Ad.5.

Zamawiający oczekuje oferty na wirówki z rotorem kątowym o parametrach 24x1,5/2,5 ml.

Podpisano
Prorektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba