

**Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/07/2015 - 154**

**Wykonawcy wg rozdzielnika**  
**Data 09.04.2015 r.**

Dotyczy udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa wraz z montażem dygestoriów na potrzeby wyposażenia budynku ICBN w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”.**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ**

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907., z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania.

#### **Pytanie 1**

Czy w związku z zapisem pkt. 9 rozdziału III SIWZ, Zamawiający zwolni wykonawców z odpowiedzialności za utratę przez Zamawiającego gwarancji generalnego wykonawcy na elementy budynku podlegające przeróbkom?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w przypadku dokonania przez Wykonawcę montażu oraz wszystkich opisanych w pkt 9 rozdział III SIWZ czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, nie nastąpi utrata gwarancji Generalnego Wykonawcy budynku.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający zezwoli aby dokumenty opisane w pkt. 4.3) a) i b) rozdziału VI SIWZ, dla części 1 oraz pkt. 4. d) i e) Załącznika nr 1 do SIWZ były wystawione przez laboratorium licencjonowane, nienotyfikowane?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie dokumentu wystawionego przez laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w rozdziale VI ust. 4 pkt 3) lit a) i lit b) nadając mu następującą treść:

„a) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat zgodnie z **normą PN-EN 14175-2:2004 lub równoważną** w zakresie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję.

---

b) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat zgodnie z normą PN-EN 14175-3:2004 lub równoważną w zakresie metod badań typu wyciągów laboratoryjnych. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję.”

### **Pytanie 3**

Czy, ze względu na specyfikę szafek podygestoryjnych, które nie pokrywają się z typoszeregiem szafek laboratoryjnych, Zamawiający zezwoli aby dokument opisany w pkt. 4.3) c) rozdziału VI SIWZ, dla części 1 oraz pkt. 4.f) Załącznika nr 1 do SIWZ był zastąpiony deklaracją zgodności z powołaną normą?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie dokumentu wystawionego przez laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w rozdziale VI ust. 4 pkt 3) lit c) nadając mu następującą treść:

„c) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN 14727:2006 lub równoważną w zakresie wytrzymałości, trwałości oraz wymogów bezpieczeństwa na meble laboratoryjne do przechowywania. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję.”

### **Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy w następujący sposób:**

#### **I. Rozdział VI SIWZ:**

**Jest Rozdział VI pkt 4. ppkt 2) lit. c)** *Certyfikat ISO 14001:2005 lub równoważny zaświadczejący, że stosowany jest system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;*

**zastępuje się następująco:** *Zamawiający wykreśla w/w ppkt lit. c) i odstępuje od żądania w/w certyfikatu.*

#### **Jest Rozdział VI pkt 4. ppkt 3):**

a) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat zgodnie z normą PN-EN 14175-2:2004 lub równoważną w zakresie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE.

b) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat zgodnie z normą PN-EN 14175-3:2004 lub równoważną w zakresie metod badań typu wyciągów laboratoryjnych. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE.

c) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN 14727:2006 lub równoważną w zakresie wytrzymałości, trwałości oraz



wymogów bezpieczeństwa na meble laboratoryjne do przechowywania. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE.

*d) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z **normą PN-EN 14470-1:2010 lub równoważną** w zakresie ognioodporności na szafki magazynowe do przechowywania płynów łatwopalnych. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE.*

**zastępuje się następująco: w pkt 4. ppkt 3):**

*a) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat zgodnie z **normą PN-EN 14175-2:2004 lub równoważną** w zakresie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję;*

*b) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat zgodnie z **normą PN-EN 14175-3:2004 lub równoważną** w zakresie metod badań typu wyciągów laboratoryjnych. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję;*

*c) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z **normą PN-EN 14727:2006 lub równoważną** w zakresie wytrzymałości, trwałości oraz wymogów bezpieczeństwa na meble laboratoryjne do przechowywania. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję;*

*d) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z **normą PN-EN 14470-1:2010 lub równoważną** w zakresie ognioodporności na szafki magazynowe do przechowywania płynów łatwopalnych. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję.*

**Jest Rozdział VI pkt 4. ppkt 4):**

*a) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z **normą PN-EN ISO 10545-9:1998 lub równoważną** w zakresie odporności termicznej. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE;*

*b) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z **normą PN-EN ISO 10545-13:1999 lub równoważną** w zakresie odporności chemicznej. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE;*

*c) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z **normą PN-EN ISO 10545-14:1999 lub równoważną** w zakresie odporności na płamienie. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE;*



d) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-15:1999 lub równoważną w zakresie zawartości uwalnianego ołowiu i kadmu. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE;

e) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-3:1999 lub równoważną w zakresie nasiąkliwości wodnej;

f) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-7:2000 lub równoważną w zakresie odporność na przetarcie powierzchni.

**zastępuje się następująco: w pkt 4. ppkt 4):**

a) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-9:1998 lub równoważną w zakresie odporności termicznej. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję;

b) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-13:1999 lub równoważną w zakresie odporności chemicznej. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję;

c) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-14:1999 lub równoważną w zakresie odporności na płamienie. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję;

d) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-15:1999 lub równoważną w zakresie zawartości uwalnianego ołowiu i kadmu. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję;

e) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-3:1999 lub równoważną w zakresie nasiąkliwości wodnej. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję;

f) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-7:2000 lub równoważną w zakresie odporność na przetarcie powierzchni. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję.

## **II. Rozdział XII SIWZ:**

**Jest:** *Rozdział XII pkt 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:*

*Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin;*

*Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;*

*W terminie do dnia 22.04.2015 r. do godz. 11:00*

**zastępuje się następująco:** *Rozdział XII pkt 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:*

*Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin;*

*Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;*

*W terminie do dnia 05.05.2015 r. do godz. 11:00*

**Jest:** *Rozdział XII pkt. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:*

*Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14,*

*Budynek Collegium Jana Pawła II pokój C-223;*

*Dnia 22.04.2015 r. o godz. 11:30*

**zastępuje się następująco:** *Rozdział XII pkt. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:*

*Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14,*

*Budynek Collegium Jana Pawła II pokój C-223;*

*Dnia 05.05.2015 r. o godz. 11:30*

**Ponadto Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w części 1, tym samym dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ. Zmodyfikowany dokument znajduje się w załączeniu do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ wraz z modyfikacją treści SIWZ.**

Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ w poz. nr 6 w tabeli dodaje brakującą ilość - 1 szt.

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące.

Podpisał

**Paweł Smoleń**

Prorektor ds. Administracji i Finansów

*(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik  
Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych  
dla siebie czynności)*