



Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/19/2015 - 490

Wykonawcy wg rozdzielnika
Data 31.08.2015 r.

Dotyczy udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa aparatury pomiarowej wraz z instalacją w ramach realizacji projektu „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907., z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania.

1

Pytanie 1

Zadanie nr 1 homogenizator: Czy zamawiający wymaga aby homogenizator wyposażony był w końcówkę homogenizującą do objętości 30-5000 ml do cieczy średnio-lepkich oraz statyw i klemę?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, żeby homogenizator wyposażony był w końcówkę homogenizującą do objętości 30-5000 ml do cieczy średnio-lepkich oraz statyw i klemę.

Pytanie 2

Zadanie nr 3 mętnościomierz: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na miernik zasilany bateryjnie, o temperaturze pracy: 0- 50°C, wyposażony w kuwety okrągłe: wys. 51 mm, średnicy 25 mm, niezbędna objętość próbki 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w **Zadaniu 3**. Dostawa mętnościomierza aparatury o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Pytanie 3

Zadanie nr 10 wirówka laboratoryjna: Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na wirówkę z regulowanym czasem pracy od 1 do 99 min, praca ciągła, przycisk krótkiego odwirowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w **Zadaniu 10**. Dostawa wirówki laboratoryjnej aparatury o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału XI w następujący sposób:

Projekt pn.: „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” działanie 13.1 priorytet XIII PO IiŚ 2007-2013



➤ **Rozdział XI pkt 1:**

Jest: *Rozdział XI pkt 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raławickie 14, 20 – 950 Lubin;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;

W terminie do dnia 21.09.2015 r. do godz. 11:00

zastępuje się następująco: *Rozdział XI pkt 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raławickie 14, 20 – 950 Lubin;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;

W terminie do dnia 25.09.2015 r. do godz. 11:00

➤ **Rozdział XI pkt 3:**

Jest: *Rozdział XI pkt. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20-950 Lublin, Al. Raławickie 14,

Budynek Collegium Jana Pawła II pokój C-223;

Dnia 21.09.2015 r. o godz. 11:30

zastępuje się następująco: *Rozdział XI pkt. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20-950 Lublin, Al. Raławickie 14,

Budynek Collegium Jana Pawła II pokój C-223;

Dnia 25.09.2015 r. o godz. 11:30

2

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące.

Podpisał

Paweł Smoleń

Prorektor ds. Administracji i Finansów

*(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego
powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności)*