



Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/23/2015 - 565

Wykonawcy wg rozdzielnika
Data 16.10.2015 r.

Dotyczy udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 186 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa komory laminarnej wraz z instalacją dla Pracowni Stresu Oksydacyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907., z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia z szybą podnoszona manualnie o kącie nachylenia wynoszącym 80 od pionu, bez możliwości odchylenia na sprężynach gazowych?

Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie urządzenia z szybą podnoszoną manualnie o kącie nachylenia 8 stopni od pionu, bez możliwości odchylenia na sprężynach gazowych ponieważ:

a) urządzenie ma gwarantować operatorowi możliwie jak największy komfort pracy, a kąt nachylenia szyby frontowej ma istotny wpływ na komfort pracy operatora. Mniejszy kąt nachylenia powoduje mniejszą odległość szyby od twarzy operatora i przez to pogarsza obserwację przestrzeni komory roboczej.

b) elektryczne podnoszenie szyby warunkuje automatyczne ustawienie szyby na właściwej i przez to zapewniającej bezpieczną pracę wysokości.

Zamawiającego nie satysfakcjonuje urządzenie z ręcznym podnoszeniem szyby ponieważ to spowoduje, że operator sam będzie musiał ustawiać szybę na wysokości bezpiecznej, co obniży komfort pracy, i sprawi, że bezpieczeństwo operatora w tym zakresie nie będzie zapewnione automatycznie, lecz będzie zależało od staranności operatora.

c) podnoszenie i właściwe odchylenie szyby na sprężynach gazowych zapewni operatorowi komfortowy dostęp do całego wnętrza komory roboczej dla wstawiania i wyjmowania większych urządzeń jak również pozwoli na bardzo łatwe i skuteczne mycie całego wnętrza komory włącznie z wewnętrzną powierzchnią szyby frontowej, co także zdecydowanie poprawi komfort pracy z urządzeniem posiadającym takie możliwości.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szer. x wys. x głęb.) 1300 x 1586 x 799 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szer.x wys. x głęb) 1300 x 1586 x 799 mm.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o oświetleniu przestrzeni roboczej >850 lux co jest zgodne z normą?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o oświetleniu przestrzeni roboczej >850 lux.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie modyfikacji zapisów Rozdziału XI:

➤ **Rozdział XI pkt 1 SIWZ**

Jest: *Rozdział XI pkt 1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raclawickie 14, 20 – 950 Lubin;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;

W terminie do dnia 20.10.2015 r. do godz. 11:00

Zastępuje się następująco: *Rozdział XI pkt 1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raclawickie 14, 20 – 950 Lubin;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;

W terminie do dnia 09.11.2015 r. do godz. 11:00

➤ **Rozdział XI pkt 3 SIWZ**

Jest: *Rozdział XI pkt 3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raclawickie 14, 20 – 950 Lubin;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;

W terminie do dnia 20.10.2015 r. do godz. 11:00

Zastępuje się następująco: *Rozdział XI pkt 3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raclawickie 14, 20 – 950 Lubin;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;

W terminie do dnia 09.11.2015 r. do godz. 11:00

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące.

Podpisał

Paweł Smoleń

Prorektor ds. Administracji i Finansów

*(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego
powierzył wykonanie zastrzeżonych
dla siebie czynności)*