



## Wykonawcy wg rozdzielnika

**Znak sprawy: AZP-240/PN-p193/001/2011-104**

Data: 20-05-2011 r.

Sprawa: udzielenie odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ w postępowaniu przetargowym pn: „Dostawa wyposażenia Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części: dostawa wyposażenia laboratoriów; dostawa pozostałego wyposażenia administracyjnego”.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, że w dniu 19.05.2011 r. wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania.

„W SIWZ, w części pt: „Opis tematu zamówienia – meble laboratoryjne”

### **Pytanie nr 1:**

„(pkt. 5 ppkt. 5) – Taboret laboratoryjny wysoki Zamawiający pisze:

Średnica siedziska  $\phi 340 \pm 10$  mm

Czy Zamawiający dopuści Taboret o średnicy siedziska  $\phi 360$  mm?

Zmiana taka nie wpłynie w żaden sposób na funkcjonalność taboretu”.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania Taboretu laboratoryjnego o średnicy siedziska  $\phi 360$ . W związku z tym w załączniku nr 1.2 do SIWZ „Opis przedmiotu umowy (część I)” w pkt 5 „Taboret laboratoryjny wysoki”, w ppkt. 5, zmiana ulega zapis

z: Średnica siedziska  $\phi 340 \pm 10$  mm

**na: Średnica siedziska  $\phi 340 \pm 20$  mm.**


### **Pytanie nr 2:**

„(pkt. 7, ppkt 5) Laboratoryjne krzesło komputerowe Zamawiający pisze:

Szerokość siedziska  $440 \pm 10$  mm

Czy zamawiający dopuści krzesło o szerokości siedziska 460 mm?

Zmiana taka nie wpłynie w żaden sposób na funkcjonalność krzesła”.





**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaferowania Laboratoryjnego krzesła komputerowego o średnicy siedziska 460 mm. W związku z tym w załączniku nr 1.2 do SIWZ „Opis przedmiotu umowy (część I)” w pkt 7 „Laboratoryjne krzesło komputerowe”, w ppkt 5, zmianie ulega zapis

z: Średnica siedziska  $\phi 440 \pm 10$  mm.

na: Średnica siedziska  $\phi 440 \pm 20$  mm.

**Pytanie nr 3:**

„Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o następujących parametrach:

Zamrażarka

Wymiary: 1700x700x750 mm

Pojemność: 293 L

Zamrażarka wyposażona w 6 szuflad

Wyświetlacz cyfrowy

Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi

Możliwość obustronnego montażu drzwi

Łatwe otwieranie drzwi

Zdolność zamrażania 18 kg / 24 h

Poziom Hałasu 42 dB

Klasa energetyczna A++

Kolor biały”.


**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, dopuszcza możliwość zaferowania Zamrażarki wysokiej o zaproponowanych przez Wykonawcę parametrach. W związku z tym w załączniku nr 1.2 do SIWZ „Opis przedmiotu umowy (część I)” w pkt 10 „Zamrażarka wysoka”, zmianie ulegają zapisy dotyczące parametrów / warunków

z:

Lp.	Parametr/Warunek	Parametr graniczny	Parametr oferowany (podać, opisać)
1	Wymiary (wys. x szer. x gł.) 1800x600x645 mm $\pm$ 50mm	TAK (podać)	
2	Pojemność całkowita 266l $\pm$ 0,5L	TAK	
3	Zamrażarka wyposażona w 7 szuflad	TAK	





Lp.	Parametr/Warunek	Parametr graniczny	Parametr oferowany (podać, opisać)
4	Wyświetlacz LCD	TAK	
5	lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy sygnalizujące wzrost temperatury	TAK	
6	Możliwość obustronnego montażu drzwi	TAK	
7	Łatwe otwieranie drzwi	TAK	
8	Zdolność zamrażania 20kg/24h	TAK	
9	Poziom hałasu 40 dB	TAK	
10	Klasa energetyczna A+	TAK	
11	Kolor biały	TAK	

na:

Lp.	Parametr/Warunek	Parametr graniczny	Parametr oferowany (podać, opisać)
1	Wymiary (wys. x szer. x gł.) 1800x600x645 mm ± <b>105 mm</b>	TAK (podać)	
2	Pojemność całkowita <b>co najmniej 266 l</b>	TAK	
3	Zamrażarka wyposażona <b>w co najmniej 6 szuflad</b>	TAK	
4	Wyświetlacz LCD <b>lub cyfrowy</b>	TAK	
5	Lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy sygnalizujące wzrost temperatury <b>lub/i optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi</b>	TAK	
6	Możliwość obustronnego montażu drzwi	TAK	
7	Łatwe otwieranie drzwi	TAK	
8	Zdolność zamrażania <b>co najmniej 18 kg/24h</b>	TAK	
9	Poziom hałasu <b>co najwięcej 42 dB</b>	TAK	
10	Klasa energetyczna <b>co najmniej A+</b>	TAK	
11	Kolor biały	TAK	

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 1.1 do SIWZ „Wzór formularza cenowego” w pozycji nr 9 „Stanowisko wyspowe” zmianie ulega „Opis” z kolumny nr 4:



z: „Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Stół wyposażony w: 2x moduł "1200" (1x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwiczki i 1x półka); 1x nadstawka wyspowa otwarta 1200x550x850 (2x półka, 1x poziomy zintegrowany panel elektryczny 3x230V - na stronę); 1x zlewik wykonany z żywicy epoksydowej; 1x nablátowa laboratoryjna wylewka wody zimnej; 1x podwójny nablátowy laboratoryjny zawór gazu ziemnego. Błat: żywica epoksydowa”.

na : Wykonanie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia „Meble laboratoryjne w systemie stelaża aluminiowego”. Stół wyposażony w: 2x moduł "1200" (2x szafka "600" 1x szuflada, 2x drzwiczki i 1x półka); 1x nadstawka wyspowa otwarta 1200x550x850 (2x półka, 1x poziomy zintegrowany panel elektryczny 3x230V - na stronę); 1x zlewik wykonany z żywicy epoksydowej; 1x nablátowa laboratoryjna wylewka wody zimnej; 1x podwójny nablátowy laboratoryjny zawór gazu ziemnego. Błat: żywica epoksydowa.

Treść SIWZ wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem ww. zmian, a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące.


Treść niniejszego pisma przesłana zostanie faksem, a załącznik do niego drogą elektroniczną, ponadto pismo wraz z załącznikami w formie pisemnej zostanie przekazane drogą pocztową.

Załączniki:

1. „Wzór formularza cenowego po modyfikacji z dn. 20.05.2011 r”.
2. „Opis przedmiotu umowy (część I) po modyfikacji z dn. 20.05.2011 r”.

**ZATWIERDZONO:**

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Jana Pawła II

  
Mgr Paweł Pięniężny  
Dyrektor Administracyjny  
KUL