



Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/020/2014-24

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Data: 14 STY 2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 EURO pn.: **Dostawa fabrycznie nowej aparatury naukowo – badawczej przeznaczonej do badań dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie z podziałem na części.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - informuje, że w dniu 12.01.2015 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania dla części nr 5.

Prosimy o informację do jakiego modelu mikroskopu Nikon mają być wyposażeniem obiektywy stanowiące przedmiot zamówienia w cz. 5.

Odpowiedź 1: Stanowiące przedmiot zamówienia w części 5 niniejszego postępowania obiektywy mają stanowić wyposażenie mikroskopu Nikon 80i.

Pytanie 2. Czy dla części nr 5 Zamawiający zgodzi się na czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia sprzętu - 48 godzin w dni robocze? Obecnie wymagany czas jest niemożliwy do dotrzymania w przypadku otrzymania zgłoszenie bezpośrednio przed dniami wolnymi od pracy.

Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę, by dla części 5 niniejszego postępowania czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia sprzętu wynosił 48 godzin w dni robocze.

Pytanie 3. SIWZ zawiera wymóg dostarczenia z przedmiotem zamówienia instrukcji obsługi. W cz. 5 przedmiotem zamówienia są obiektywy stanowiące wyposażenie mikroskopu. Instrukcja obsługi mikroskopu dotyczy całości mikroskopu łącznie z podstawowym wyposażeniem jakim są obiektywy. Nie ma natomiast oddzielnej instrukcji obsługi dla tak prostych elementów jak obiektywy. W związku z tym czy Zamawiający dopuści, aby dla części nr 5 nie dostarczano instrukcji obsługi?

Odpowiedź 3: Zamawiający wyraża zgodę, aby dla części nr 5 niniejszego postępowania nie dostarczano instrukcji obsługi.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PODPISANO

PROREKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk