

Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/01/2015-110

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Data: 05 MAR 2015

Dotyczy postępowania pn. **Dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowej aparatury naukowo - badawczej i laboratoryjnej dla Pracowni Stresu Oksydacyjnego KUL w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL.”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - informuje, że w dniach 18.02.2015 r. - 27.02.2015 r. wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania do części 1

1. W pkt.17 SIWZ napisano "wymiary obudowy (SxGxW) 756x409x515mm ± 5%". Wydaje się, że szerokość jest szczególnie duża jak na tego typu urządzenie. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi analitycznej o wymiarach (SxGxW) 253x570x296mm?

Odpowiedź 1:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi analitycznej o wymiarach (SxGxW) 253x570x296mm.

Pytania do części 2 pkt. 1B

2. W pkt. 2 SIWZ napisano "...i owiewkę przeciwpodmuchową". Przy dokładności odczytu wagi 0,01g oraz udźwigu maksymalnym 2500g ruchy powietrza nie mają tak dużego wpływu na stabilizację wagi jak w modelach o większych dokładnościach i małych udźwigach maksymalnych. Oferowana przez nas waga będzie miała wymagany przez Zamawiającego czas stabilizacji na poziomie 1,5s. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi bez owiewki przeciwpodmuchowej?

Odpowiedź 2:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

3. W pkt. 7 SIWZ napisano "liniowość nie gorsza niż ±0,01g". Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z parametrem liniowości wynoszącym ±0,02g?

Odpowiedź 3:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi z parametrem liniowości wynoszącym ±0,02g.


4. W pkt. 9 SIWZ napisano "wymiar szalki 140x140mm ± 10%. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z szalką o wymiarach 195x195mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie."

Odpowiedź 4:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi z szalką o wymiarach 195x195mm.

Dot. Części 8:

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni o pojemności mieszczącej się w wymaganym zakresie: 14-20 litrów, ale o odmiennych wymiarach:
- zewnętrznych: 565 x 335 x 275 mm (dł x szer x gł),



- wanny: 500 x 298 x 118 mm (dł x szer x gł)?

Odpowiedź 5:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że jednorazowo w wannie będzie można umieścić 90-100 próbek standardowych o średnicy w zakresie 17-18 mm.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni z regulacją temperatury w zakresie: +5°C powyżej temperatury otoczenia do +99°C?

Odpowiedź 6:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni z obudową wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo, natomiast z wanną wykonaną z wysokiej jakości stali nierdzewnej?

Odpowiedź 7:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść SIWZ wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem ww. zmian, a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PODPISANO

PROREKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL