

Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/01/2015-115

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

11 MAR. 2015

Data:

Dotyczy postępowania pn. **Dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowej aparatury naukowo – badawczej i laboratoryjnej dla Pracowni Stresu Oksydacyjnego KUL w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL.”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - informuje, że w dniach 05.03.2015 r. – 06.03.2015 r. wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

Część 6

Dostawa systemu klatek indywidualnie wentylowanych (IVC) dla szczurów na 70 szt. Klatek z akcesoriami i dodatkowymi klatkami zapasowymi (30 szt.) z pełnym wyposażeniem oraz stacją wymiany klatek.

I. System klatek indywidualnie wentylowanych (IVC) dla szczurów

I.C. Kompletnie klatki IVC dla 70 szczurów

1.4. Czy Zamawiający dopuści kapsle wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 o nosku dł. 34 mm i średnicy otworu 1.8 mm? Kapsle o nosku długości 34 mm i średnicy otworu 1.8 mm zapewniają swobodny dostęp zwierząt do wody i odpowiedni jej przepływ dla szczurów, nosek jest na wysokości gwarantującej wygodne dla zwierząt korzystanie z poidła.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kapsli wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 316 o nosku dł. 34 mm i średnicy otworu 1.8 mm.

Pytanie 2:

II. Zestawy (minimum 7 szt.) dodatkowych kompletnych klatek IVC dla 30 szczurów; każdy zestaw składający się z 4 szt. klatek IVC.

1.4. Czy Zamawiający dopuści kapsle wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 o nosku dł. 34 mm i średnicy otworu 1.8 mm?

Kapsle o nosku długości 34 mm i średnicy otworu 1.8 mm zapewniają swobodny dostęp zwierząt do wody i odpowiedni jej przepływ dla szczurów, nosek jest na wysokości gwarantującej wygodne dla zwierząt korzystanie z poidła.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kapsli wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 316 o nosku dł. 34 mm i średnicy otworu 1.8 mm.


Pytanie 3:

III. Stacja wymiany klatek

26. Czy Zamawiający dopuści uchwyt stalowy do pokryw na klatki o wymiarach 102,4 cm x 13 x 11,6 cm (dł. x wys. x szer.), który jest kompatybilny ze stacją wymiany klatek spełniającą Państwa wymagania?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie uchwyty stalowego do pokryw na klatki o wymiarach 102,4 cm x 13 x 11,6 cm (dł. x wys. x szer.).



Pytanie 4:

27. Czy Zamawiający dopuści dozownik do karmy nie wymagający autoklawowania, którego dezynfekcję można przeprowadzać za pomocą powszechnie dostępnych środków dezynfekujących, w tym środków alkoholowych, czwartorzędowych związków amonowych i jodoforów, a także przy użyciu nadtlenu wodoru? Dozownik jest kompatybilny ze stacją wymiany klatek spełniającą Państwa wymagania.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dozownika do karmy nie wymagającego autoklawowania, którego dezynfekcję można przeprowadzać za pomocą powszechnie dostępnych środków dezynfekujących.

Pytanie 5:

Część 7

Dostawa i instalacja szaf wentylowanych – 2 szt. Dla ok. 16 klatek metabolicznych (dla ok. 16 szczurów) z akcesoriami i wyposażeniem (klatkami metabolicznymi – 20 szt. Do pobierania moczu i kału do badań od 20 szczurów o masie powyżej 300 g z pełnym wyposażeniem)

Czy Zamawiający dopuści szafę wentylowaną o następujących wymiarach: 1530 (dł.) x 640 (gł.) x 1995 (wys.) mm?

Szafa o takich wymiarach będzie umożliwiała przetrzymywanie zwierząt (szczurów) w wymaganych przez Państwa 8 klatkach metabolicznych. W dwóch szafach pomieści się więc 16 klatek metabolicznych przy jednoczesnej oszczędności miejsca w pomieszczeniu, w którym będą stały szafy.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafy wentylowanej o wymiarach: 1530 (dł.) x 640 (gł.) x 1995 (wys.) mm.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający zmieni wartość określoną w umowie w §7 pkt 1 na np. 2,5% w zakresie części 4 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający zmieni wartość określoną w umowie w §7 pkt 7 na np. 90% i w §7 pkt 8 na np. 10% w zakresie części 4?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednego wspólnego oprogramowania weterynaryjnego obsługującego analizator biochemiczny z części 4 i czytnik moczu z części 5?

Odpowiedź:


Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Część 4 – Dostawa i instalacja Automatycznego analizatora weterynaryjnego z szerokim panelem testów diagnostycznych pracującego w systemie otwartym:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora przez dystrybutora, który aktualnie nie ma w swojej ofercie odczynników do oznaczania miedzi, amoniaku, ceruloplazminy, haptoglobiny, TfR 1, NGAL, w związku z czym nie ma możliwości potwierdzenia poprawności otrzymania wyników ww. parametrów?

Oferowany przez Naszą firmę analizator pozwala zastosowanie odczynników innych producentów pod warunkiem, że spełniają wymagania analizatora m.in. długość faz do odczytu, absorbancja, brak w odczynniku substancji mogących uszkodzić aparat itp.



Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora (pozwalającego na zastosowanie odczynników innych producentów spełniających wymagania oferowanego aparatu) przez dystrybutora, który aktualnie nie ma w swojej ofercie odczynników do oznaczania miedzi, amoniaku, ceruloplazminy, haptoglobiny, TfR 1 i NGAL.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora z przystawką ISE?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zaoferowania przystawki ISE. Natomiast oferowany analizator powinien posiadać możliwość integracji takiej przystawki.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania komputera przenośnego z programami statystycznymi Statistica i SPSS, czy też komputera przenośnego bez ww. programów lecz z możliwością ich obsługi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zaoferowania programu statystycznego Statistica i SPSS. Zamawiający wymaga zaoferowania komputera przenośnego do obróbki wyników przy pomocy programów statystycznych (Statistica i SPSS).

Pytanie 12:

Dotyczy § 6 ust. 1.1 punkt 1), 2) i 3) umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych określonych w § 6 ust. 1.1 punkt 1), 2) i 3) umowy przez dopisanie na końcu ww. punktów sformułowania o treści: „nie więcej niż 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto”?

Uzasadnienie:

Kara umowna za zwłokę w dostawie nie powinna przekraczać łącznie 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, gdyż umowa straci wówczas rentowność dla Wykonawcy. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 13:

Dotyczy § 6 punkt 1.1 ust. 3 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z 30% do 10%?

Uzasadnienie

Kara umowna nie powinna przekraczać 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, gdyż umowa straci wówczas rentowność dla Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 14:


Dot. części 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni o pojemności mieszczącej się w wymaganym zakresie: 14-20 litrów, ale o odmiennych wymiarach:

- zewnętrznych: 578 x 436 x 238 mm
- wanny: 350 x 290 x 140 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni o pojemności mieszczącej się w wymaganym zakresie: 14-20 litrów, o wymiarach zewnętrznych: 578 x 436 x 238 mm i wymiarach wanny: 350 x 290 x



140 mm pod warunkiem, że jednorazowo w wannie będzie można umieścić 90-100 próbek standardowych o średnicy w zakresie 17-18 mm.

Pytanie 15:

Dot. części 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni o pojemności zgodnej z wymaganym zakresem: 45 L, ale o odmiennych wymiarach:

- zewnętrznych: 818 x 516 x 296 (dł. x szer. x gł.)?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łaźni o wymiarach zewnętrznych: 818 x 516 x 296 (dł. x szer. x gł.) pod warunkiem, że jednorazowo w wannie będzie można umieścić 90-100 próbek standardowych o średnicy w zakresie 17-18 mm.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednego statywu do łaźni mieszczącego 180 próbek o średnicy 18 mm zamiast 2 oddzielnych mieszczących po 90-100 próbek o średnicy 18 mm?

Zwracamy się o niezwłoczne udzielenie wyjaśnienia ze względu na ubiegające terminy proceduralne.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednego statywu do łaźni mieszczącego 180 próbek o średnicy 18 mm.

Pytanie 17:

Część 10 – Dostawa i instalacja homogenizatora mechanicznego – 1szt.

Czy zamawiający dopuści homogenizator mechaniczny wyposażony w piłokształtną końcówkę homogenizującą o średnicy 6 mm i długości całkowitej 120 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuści homogenizator mechaniczny wyposażony w homogenizującą końcówkę piłokształtną o średnicy 6 mm i długości całkowitej 120 mm pod warunkiem, że końcówka ta będzie wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z otworami bocznymi i umożliwi homogenizację kości w roztworze.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż zgodnie z treścią art. 38 w związku z art. 12a Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) modyfikuje zapisy Rozdziału XI SIWZ w następujący sposób:

I) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: *Rozdział XI pkt 1 SIWZ*

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Raclawickie 14; 20-950 Lublin; Collegium Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223

nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 30.03.2015 r.

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Al. Raclawickie 14; 20-950 Lublin; Collegium Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223

nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 08.04.2015 r.

II) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: *Rozdział XI pkt 3 SIWZ*





TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

Otwarcie ofert odbędzie się 30.03.2015 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego tj.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Al. Raławickie 14; 20-950 Lublin;
Collegium Jana Pawła II
Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223.

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

Otwarcie ofert odbędzie się 08.04.2015 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego tj.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raławickie 14; 20-950 Lublin;
Collegium Jana Pawła II
Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223.

Zamawiający – działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4a pkt. 2) Ustawy Prawo zamówień publicznych - przekazał sprostowanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PODPISANO

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

dr hab. Paweł Sądziwa prof. KUL