



## Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień i Zaopatrzenia

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 44541-59, fax +48 81 445-41-63 , e-mail: dzp@kul.pl

### Wykonawcy wg rozdzielnika

Data: 17-08-2011r.

Nr sprawy: AZP-240 /PN-p14/033/2011-153

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 193 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

### **Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 części.**

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, że w dniu 12.08.2011r i 16.08.2011 wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść zapytania i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania.

#### **Część 1 – Dostawa Spektrofotometru UV-Vis z przystawką na długie kuwety**

##### **Pytanie**

Czy zamawiający dopuści przyrząd z powtarzalnością długości fali 0,3 nm. ?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przyrząd z powtarzalnością długości fali 0,3 nm.

##### **Pytanie**

Czy zamawiający zgodzi się na dostawę spektrofotometru, dla którego parametr: światło rozproszone wynosi  $\leq 0,05\%T$  ?

##### **Odpowiedź:**

Tak, zamawiający zgodzi się na dostawę spektrofotometru, dla którego parametr: światło rozproszone wynosi  $\leq 0,05\%T$ .

#### **Część 2 – Dostawa Inkubatora z wytrząsaniem**

##### **Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści inkubator o maksymalnej temp.  $+42^{\circ}C$  ?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza inkubator o maksymalnej temperaturze  $+42^{\circ}C$ .



## Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień i Zaopatrzenia

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 44541-59, fax +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

### Część 3 – Dostawa Cieplarki laboratoryjnej

#### Pytanie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych 385x370x305 mm (szer.x wys.x gł.)?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach wewnętrznych 385x370x305 mm (szer.x wys.x gł.)

#### Pytanie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 650x510x510 mm (szer.x wys.x gł.)?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych 650x510x510 mm (szer.x wys.x gł.).

#### Pytanie

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dokładnością nastawu i odczytu temperatury 0,1 stopnia?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z dokładnością nastawu i odczytu temperatury 0,1 stopnia.

Podpisano

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Jana Pawła II

Mgr Paweł Pięniężny