



Nr sprawy AZP-240/PN-p193/01/2011

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

.....
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,
siedziba albo miejsce zamieszkania
i adres Wykonawcy

TABELA OCENY TECHNICZNEJ.

CZĘŚĆ 1 – DOSTAWA WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO

Dygestorium 1200x900x2400 –

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	OCENA PARAMETRÓW	Liczba zdobytych punktów
1	Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych pokrytych farbą epoksydową	PARAMETR WYMAGANY (Niespełnienie parametru powoduje odrzucenie oferty)	X
2	Ściany komory (boczne i tylna), wyłożone trudno zapalnymi płytami jednolitymi z żywicy poliestrowej w kolorze białym.	PARAMETR WYMAGANY (Niespełnienie parametru powoduje odrzucenie oferty)	X
3	Na ścianach: tylnej oraz bocznych maksymalnie po jednej spoinie technologicznej.	Jedna spoina – 0pkt. Bez spoin – 10pkt.	
4	W ścianie tylnej w dolnej części otwór wentylacyjny	PARAMETR WYMAGANY (Niespełnienie parametru powoduje odrzucenie oferty)	X
5	Blat i zlewik wykonane z litej ceramiki technicznej.	PARAMETR WYMAGANY (Niespełnienie parametru powoduje odrzucenie oferty)	X
6	Blat o grubości minimum 26mm z podniesionym na każdym boku obrzeżem o grubości minimum 6mm (łącznie grubość 32mm). Przednia krawędź blatu musi być w kształcie aerodynamicznym.	PARAMETR WYMAGANY (Niespełnienie parametru powoduje odrzucenie oferty)	X
7	Wymagany kolor blatu: szaro niebieski.	PARAMETR WYMAGANY (Niespełnienie parametru powoduje odrzucenie oferty)	X
8	W blacie po prawej stronie, poniżej wylewek wody wmontowany zlewik ceramiczny o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 250x85x112 (wymiar w mm).	Zlewik 250x85x112 – 10pkt. Zlewik o większych wymiarach – 0pkt.	



9	Zlewik ceramiczny podklejany pod blat, a otwór w blacie glazurowany.	PARAMETR WYMAGANY (Niespełnienie parametru powoduje odrzucenie oferty)	X
10	Szafki podblatowe wykonane w całości z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wsparte na dolnej konstrukcji dygestorium na wysokości minimum 150mm od podłogi.	Wysokość 150÷160mm – 5pkt. Powyżej 160mm – 0pkt.	
11	Wnętrze szafki oraz półki wyłożone tworzywem chemoodpornym o grubości minimum 1 mm.	Grubość wyłożenia 1÷3mm – 5pkt. Powyżej 3mm – 0pkt.	
12	Ściany boczne zewnętrzne (maskujące), wykonane z płyty wiórowej o grubości minimum 10mm, pokrytej dwustronnie laminatem i przymocowane do konstrukcji nośnej.	Grubość płyty bocznej 10mm – 5pkt. Powyżej 10mm – 0pkt.	
13	Wybór kolorów płyty meblowej z kolornika:	20 kolorów – 0pkt. 30 kolorów i więcej – 5pkt.	
14	Szerokość komory roboczej dygestorium wynosi minimum 1100mm.	PARAMETR WYMAGANY (Niespełnienie parametru powoduje odrzucenie oferty)	X
		Razem liczba zdobytych punktów	