

Lublin, 12.06.2014r.

Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/07/2014-198

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO pn.: **Dostawa i instalacja fabrycznie nowych bioreaktorów przystosowanych do produkcji EPN oraz symbiotycznych bakterii wraz z wyposażeniem dla Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, iż w dniach 28.05.2014 r. - 30.05.2014 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania. Jednocześnie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, iż – zgodnie z art. 38 ustawy PZP – dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE 1:

W związku z planowanym udziałem naszej firmy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr AZP-240/PN-p207/07/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert o trzy tygodnie.

Ze względu na to, iż w skład zestawu aparatury, którą należy zaoferować wchodzi kilkanaście specjalistycznych urządzeń produkowanych w konfiguracji dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika, przed sporządzeniem oferty niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu przewidywanej instalacji, co pozwoli w prawidłowy sposób przygotować ofertę do przetargu.

W związku z tym, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o trzy tygodnie tj. do dnia 15.07.2014 i tym samym umożliwienie nam zorganizowania przyjazdu pracowników naszej firmy do Lublina w celu zapoznania się z warunkami technicznymi panującymi w pomieszczeniach, w których instalowane będą urządzenia.

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi do kontaktów w SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 01.07.2014 r.

ZAPYTANIE 2:

CZĘŚĆ I : BIOREAKTOR PRODUKCYJNY MINIMUM 60L Z KAPSUŁAMI DO HODOWLI NICIENI EPN - 1SZT.


1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie części „I” dotyczącej „bioreaktora” do osobnego pakietu i tym samym umożliwi złożenie oferty tylko na to urządzenie? Tworzenie pakietu urządzeń złożonych z bioreaktorów oraz inkubatorów, autoklawów, komór laminarnych, zamrażarek, inkubatorów i innych sprzętów jako całość w znacznym stopniu utrudnia dostęp do postępowania innym Wykonawcom, którzy nie mają w swojej ofercie wszystkich wyspecyfikowanych urządzeń. Podzielenie całości na mniejsze pakiety wpłynie bardzo korzystnie na jakość postępowania, gdyż w dużym stopniu zwiększy konkurencyjność przetargu.

ODPOWIEDŹ 2:

Nie, zamówienie stanowi integralną całość. Zamawiający określił w SIWZ (w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, str. 41), iż „Wykonawca zapewni kompatybilność i bezawaryjną współpracę dostarczanej aparatury z bioreaktorami, co ma warunkować prowadzenie zaplanowanych procesów hodowli”.

Pa

W



ZAPYTANIE 3:

CZEŚĆ II : BIOREAKTOR POMOCNICZY MINIMUM 70L – 1SZT.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie części „II” dotyczącej „bioreaktora” do osobnego pakietu i tym samym umożliwi złożenie oferty tylko na to urządzenie? Tworzenie pakietu urządzeń złożonych z bioreaktorów oraz inkubatorów, autoklawów, komór laminarnych, zamrażarek, inkubatorów i innych sprzętów jako całość w znacznym stopniu utrudnia dostęp do postępowania innym Wykonawcom, którzy nie mają w swojej ofercie wszystkich wyspecyfikowanych urządzeń. Podzielenie całości na mniejsze pakiety wpłynie bardzo korzystnie na jakość postępowania, gdyż w dużym stopniu zwiększy konkurencyjność przetargu.

ODPOWIEDŹ 3:

Nie, zamówienie stanowi integralną całość. Zamawiający określił w SIWZ (w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, str. 41), iż „Wykonawca zapewni kompatybilność i bezawaryjną współpracę dostarczanej aparatury z bioreaktorami, co ma warunkować prowadzenie zaplanowanych procesów hodowli”.

ZAPYTANIE 4:

CZEŚĆ III : BIOREAKTOR POMOCNICZY minimum 20L – 1 SZT.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie części „III” dotyczącej „bioreaktora” do osobnego pakietu i tym samym umożliwi złożenie oferty tylko na to urządzenie? Tworzenie pakietu urządzeń złożonych z bioreaktorów oraz inkubatorów, autoklawów, komór laminarnych, zamrażarek, inkubatorów i innych sprzętów jako całość w znacznym stopniu utrudnia dostęp do postępowania innym Wykonawcom, którzy nie mają w swojej ofercie wszystkich wyspecyfikowanych urządzeń. Podzielenie całości na mniejsze pakiety wpłynie bardzo korzystnie na jakość postępowania, gdyż w dużym stopniu zwiększy konkurencyjność przetargu.

ODPOWIEDŹ 4:

Nie, zamówienie stanowi integralną całość. Zamawiający określił w SIWZ (w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, str. 41), iż „Wykonawca zapewni kompatybilność i bezawaryjną współpracę dostarczanej aparatury z bioreaktorami, co ma warunkować prowadzenie zaplanowanych procesów hodowli”.

ZAPYTANIE 5:

CZEŚĆ IV : WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM CHŁODZONA – 1SZT.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie części „IV” dotyczącej „Wytrząsarki z inkubatorem chłodzonej – 1 szt.” do osobnego pakietu i tym samym umożliwi złożenie oferty tylko na to urządzenie? Tworzenie pakietu urządzeń złożonych z bioreaktorów oraz inkubatorów, autoklawów, komór laminarnych, zamrażarek, inkubatorów i innych sprzętów jako całość w znacznym stopniu utrudnia dostęp do postępowania innym Wykonawcom, którzy nie mają w swojej ofercie wszystkich wyspecyfikowanych urządzeń. Podzielenie całości na mniejsze pakiety wpłynie bardzo korzystnie na jakość postępowania, gdyż w dużym stopniu zwiększy konkurencyjność przetargu.


ODPOWIEDŹ 5:

Nie, zamówienie stanowi integralną całość. Zamawiający określił w SIWZ (w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, str. 41), iż „Wykonawca zapewni kompatybilność i bezawaryjną współpracę dostarczanej aparatury z bioreaktorami, co ma warunkować prowadzenie zaplanowanych procesów hodowli”.

ZAPYTANIE 6:

CZEŚĆ IV : WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM CHŁODZONA – 1SZT.

13



2. Czy Zamawiający zgodzi się na wytrząsarke, która może pomieścić maksymalnie następującą ilość kolb: 100x50ml, 60x125ml, 40x250ml, 26x500ml, 16x1L, 12x1,5L, 9x2L, 4x5L?

ODPOWIEDŹ 6:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje zaproponowania urządzenia o parametrach opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 7:

CZEŚĆ IV : WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM CHŁODZONA – 1SZT.

3. Czy w związku z tym, że nie jest wymagane dostarczenie uchwytów dla kolb o pojemności 6 litrów, Zamawiający usunie zapis mówiący o pojemności inkubatora dla kolb 6-litrowych.

ODPOWIEDŹ 7:

Nie, Zamawiający nie wyklucza w przyszłości konieczności użycia kolb 6-litrowych.

ZAPYTANIE 8:

CZEŚĆ IV : WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM CHŁODZONA – 1SZT.

4. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu precyzującego wyświetlacz? Rodzaj wyświetlacza nie powinien mieć znaczenia, a jedynie umożliwiać wygodne sterowanie parametrami urządzenia. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na inny rodzaj wyświetlacza, który jest złożony z kilku mniejszych wyświetlaczy LCD, wskazujących i umożliwiających sterowanie poszczególnymi parametrami. Każdy z wyświetlaczy przeznaczony jest do wyświetlania informacji i ustawiania parametrów dotyczących temperatury, prędkości wytrząsania, stężenia CO2 itp.

ODPOWIEDŹ 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu, jednak dopuszcza rozwiązania równoważne, zapewniające funkcjonalność opisaną w SIWZ. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisem Rozdziału VI ust. 1 lit d) pkt 1) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do każdej z 23 pozycji sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia: fotografie, prospekty, rysunki, karty katalogowe, karty specyfikacyjne lub inne dokumenty dotyczące parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia;

ZAPYTANIE 9:

CZEŚĆ IV : WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM CHŁODZONA – 1SZT.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na funkcję kalibracji szybkości i temperatury dostępnej poprzez oprogramowanie komputerowe?

ODPOWIEDŹ 9:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZAPYTANIE 10:

CZEŚĆ V : WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM – 1SZT.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie części „V” dotyczącej „Wytrząsarki z inkubatorem – 1 szt.” do osobnego pakietu i tym samym umożliwi złożenie oferty tylko na to urządzenie? Tworzenie pakietu urządzeń złożonych z bioreaktorów oraz inkubatorów, autoklawów, komór laminarnych, zamrażarek, inkubatorów i innych sprzętów jako całość w znacznym stopniu utrudnia dostęp do postępowania innym Wykonawcom, którzy nie mają w swojej ofercie wszystkich wyspecyfikowanych urządzeń. Podzielenie całości na mniejsze pakiety wpłynie bardzo korzystnie na jakość postępowania, gdyż w dużym stopniu zwiększy konkurencyjność przetargu.

ODPOWIEDŹ 10:

P

B



Nie, zamówienie stanowi integralną całość. Zamawiający określił w SIWZ (w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, str. 41), iż „Wykonawca zapewni kompatybilność i bezawaryjną współpracę dostarczanej aparatury z bioreaktorami, co ma warunkować prowadzenie zaplanowanych procesów hodowli”.

ZAPYTANIE 11:

CZĘŚĆ V :WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM – 1SZT.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wytrząsarkę bez możliwości wytrząsania kolb o pojemności 10 ml? Zamawiający nie wymaga dostarczenia uchwytów dla takich kolb, dlatego taki zapis w specyfikacji wydaje się nie być istotny.

ODPOWIEDŹ 11:

Nie, Zamawiający nie wyklucza w przyszłości konieczności użycia kolb o pojemności 10 ml.

ZAPYTANIE 12:

CZĘŚĆ V :WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM – 1SZT.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na wytrząsarkę, która może pomieścić maksymalnie następującą ilość kolb: 90x25ml, 62x50ml, 36x125ml, 22x250ml, 14x500ml, 9x1L, 4x3L

ODPOWIEDŹ 12:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje zaproponowania urządzenia o parametrach opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 13:

CZĘŚĆ V :WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM – 1SZT.

4. Czy Zamawiający zgodzi się na wytrząsarkę z zakresem temperatur od +10°C powyżej temperatury otoczenia?

ODPOWIEDŹ 13:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje zaproponowania urządzenia o parametrach opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 14:

CZĘŚĆ V :WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM – 1SZT.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na jednorodność temperatury wynoszącą $\pm 0.30^{\circ}\text{C}$ w 37°C ?

ODPOWIEDŹ 14:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje zaproponowania urządzenia o parametrach opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 15:

CZĘŚĆ V :WSTRZĄSARKA Z INKUBATOREM – 1SZT.


6. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu precyzującego wyświetlacz? Rodzaj wyświetlacza nie powinien mieć znaczenia, a jedynie umożliwiać wygodne sterowanie parametrami urządzenia. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na inny rodzaj wyświetlacza, który jest złożony z kilku mniejszych wyświetlaczy LCD, wskazujących i umożliwiających sterowanie poszczególnymi parametrami. Każdy z wyświetlaczy przeznaczony jest do wyświetlania informacji i ustawiania parametrów dotyczących temperatury, prędkości wytrząsania, stężenia CO₂ itp.

ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu, jednak dopuszcza rozwiązania równoważne, zapewniające funkcjonalność opisaną w SIWZ. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisem

R
Pase

R



Rozdziału VI ust. 1 lit d) pkt 1) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do każdej z 23 pozycji sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia: fotografie, prospekty, rysunki, karty katalogowe, karty specyfikacyjne lub inne dokumenty dotyczące parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia;

ZAPYTANIE 16:

CZĘŚĆ VI : AUTOKLAW – 1SZT.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie części „VI” dotyczącej „Autoklaw” do osobnego pakietu i tym samym umożliwi złożenie oferty tylko na to urządzenie? Tworzenie pakietu urządzeń złożonych z bioreaktorów oraz inkubatorów, autoklawów, komór laminarnych, zamrażarek, inkubatorów i innych sprzętów jako całość w znacznym stopniu utrudnia dostęp do postępowania innym Wykonawcom, którzy nie mają w swojej ofercie wszystkich wyspecyfikowanych urządzeń. Podzielenie całości na mniejsze pakiety wpłynie bardzo korzystnie na jakość postępowania, gdyż w dużym stopniu zwiększy konkurencyjność przetargu.

ODPOWIEDŹ 16:

Nie, zamówienie stanowi integralną całość. Zamawiający określił w SIWZ (w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, str. 41), iż „Wykonawca zapewni kompatybilność i bezawaryjną współpracę dostarczanej aparatury z bioreaktorami, co ma warunkować prowadzenie zaplanowanych procesów hodowli”.

ZAPYTANIE 17:

CZĘŚĆ VI : AUTOKLAW – 1SZT.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o wymiarach komory Φ 500 mm x H 700 mm jest parametrem korzystnym dla zamawiającego. Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 17:

Zamawiający wymaga zaoferowania autoklawu o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 18:

CZĘŚĆ VI : AUTOKLAW – 1SZT.

4. Czy Zamawiający wymaga by autoklaw posiadał elektropolerowaną komorę co znacznie zwiększa odporność na korozję i zakażenia?

ODPOWIEDŹ 18:

Zamawiający wymaga zaoferowania autoklawu o parametrach technicznych i eksploatacyjnych określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 19:

CZĘŚĆ VI : AUTOKLAW – 1SZT.

5. Czy Zamawiający wymaga by autoklaw posiadał certyfikat wydany przez niezależną jednostkę np.TUV? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 19:

Zamawiający sprecyzował w Rozdziale III ust I pkt 11 SIWZ, iż „Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia (w odniesieniu do każdej z 23-pozycji sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia): instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim) oraz certyfikat CE/deklarację zgodności lub inny równoważny dokument w zakresie świadczącym o zgodności oferowanego urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, specyfikację techniczną wraz ze sterownikami, dokument określający warunki konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Red

B



ZAPYTANIE 20:

CZĘŚĆ VI : AUTOKLAW – 1SZT.

6. Czy Zamawiający wymaga zgodności z zapisem dyrektywy 93/42/CE ?

ODPOWIEDŹ 20:

Zamawiający sprecyzował w Rozdziale III ust I pkt 11 SIWZ, iż „Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia (w odniesieniu do każdej z 23-pozycji sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia): instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim) oraz certyfikat CE/deklarację zgodności lub inny równoważny dokument w zakresie świadczącym o zgodności oferowanego urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, specyfikację techniczną wraz ze sterownikami, dokument określający warunki konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia.

ZAPYTANIE 21:

CZĘŚĆ VI : AUTOKLAW – 1SZT.

7. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu ze stali nierdzewnej pokrytej nienagrzewającym się tworzywem w miejscach najbardziej na to narażonych? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 21:

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 22:

CZĘŚĆ VI : AUTOKLAW – 1SZT.

8. Czy Zamawiający zgodzi się na autoklaw z zasilanie wytwornicy pary z zewnętrznego zbiornika, bez konieczności prac w obiegu zamkniętym co jest parametrem co najmniej równoważnym. Dodatkowo jest to rozwiązanie mniej awaryjne i bezpieczniejsze dla zamawiającego. Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 22:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 23:

CZĘŚĆ VI : AUTOKLAW – 1SZT.

9. Czy Zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z zapisu nr 18 i 19 dotyczących zużycia wody, gdyż większość producentów nie podaje takich danych ? W związku z powyższym wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia danego parametru. Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 23:

Nie, Wykonawca powinien przedstawić parametry urządzenia.

ZAPYTANIE 24:

CZĘŚĆ VI : AUTOKLAW – 1SZT.

10. Czy Zamawiający zgodzi się na autoklaw z uszczelką pneumatyczną co jest parametrem równoważnym ? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 24:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZAPYTANIE 25:



CZĘŚĆ VI : AUTOKLAW – 1SZT.

11. Czy Zamawiający zgodzi się na autoklaw z łatwym otwieraniem horyzontalnym niewymagającym użycia dużej siły jako wypełnienie punktu nr.8 „Wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej” ? Jest to parametr korzystniejszy dla Zamawiającego ze względu na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkownika podczas otwierania komory sterylizacyjnej. Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 25:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 26:

CZĘŚĆ XI : CHŁODZIARKA – 1SZT.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie części „XI” dotyczącej „Chłodziarka” do osobnego pakietu i tym samym umożliwi złożenie oferty tylko na to urządzenie? Tworzenie pakietu urządzeń złożonych z bioreaktorów oraz inkubatorów, autoklawów, komór laminarnych, zamrażarek, inkubatorów i innych sprzętów jako całość w znacznym stopniu utrudnia dostęp do postępowania innym Wykonawcom, którzy nie mają w swojej ofercie wszystkich wyspecyfikowanych urządzeń. Podzielenie całości na mniejsze pakiety wpłynie bardzo korzystnie na jakość postępowania, gdyż w dużym stopniu zwiększy konkurencyjność przetargu.

ODPOWIEDŹ 26:

Nie, zamówienie stanowi integralną całość. Zamawiający określił w SIWZ (w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, str. 41), iż „Wykonawca zapewni kompatybilność i bezawaryjną współpracę dostarczanej aparatury z bioreaktorami, co ma warunkować prowadzenie zaplanowanych procesów hodowli”.

ZAPYTANIE 27:

CZĘŚĆ XI : CHŁODZIARKA – 1SZT.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie chłodziarki o pojemności 1400L? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 27:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 28:

CZĘŚĆ XI : CHŁODZIARKA – 1SZT.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie chłodziarki wykonanej wraz z półkami ze stali nierdzewnej bez pokrycia polimerem co jest parametrem równoważnym? Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 28:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 29:

CZĘŚĆ XI : CHŁODZIARKA – 1SZT.

4. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę wyposażoną w 6 półek o regulowanej wysokości?

ODPOWIEDŹ 29:

Handwritten signature or mark

Handwritten mark



Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 30:

CZEŚĆ XI : CHŁODZIARKA – 1SZT.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na chłodziarkę o wymiarach 148 x 81.5x199.8cm (szer x gł x wys)? Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 30:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 31:

CZEŚĆ XI : CHŁODZIARKA – 1SZT.

6. Czy Zamawiający zgodzi się na chłodziarkę z zakresem temp. 0 do +15C gwarantowane w temperaturze zewnętrznej do +30C . Zamawiający wymaga chłodziarki więc zakres od -2 stopni C dotyczący mrożenia nie powinien być wymagany gdyż nie może być spełniony przez większość producentów chłodziarek.

ODPOWIEDŹ 31:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 32:

CZEŚĆ XI : CHŁODZIARKA – 1SZT.

7. Czy Zamawiający zgodzi się na chłodziarkę z cyfrowym wyświetlaczem temperatury z uproszczonym sterowaniem i możliwością rejestracji parametrów po podłączeniu do komputera?

ODPOWIEDŹ 32:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 33:

CZEŚĆ XI : CHŁODZIARKA – 1SZT.

8. Czy Zamawiający zgodzi się na chłodziarkę z możliwością podtrzymywania alarmowego do 48H?

ODPOWIEDŹ 33:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 34:

CZEŚĆ XI : CHŁODZIARKA – 1SZT.

9. Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z zapisu nr.8 „pobór mocy ≤ 3.5 kW/24h” gdyż większość producentów nie podaje takiego parametru. Zależy on od wielu czynników np. temperatury zewnętrznej panującej w laboratorium.

ODPOWIEDŹ 34:


Nie, Wykonawca powinien przedstawić parametry eksploatacyjne urządzenia.

ZAPYTANIE 35:

CZEŚĆ XII : ZAMRAŻARKA – 1SZT.

M

Paul



1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie części „XII” dotyczącej „Zamrażarka” do osobnego pakietu i tym samym umożliwi złożenie oferty tylko na to urządzenie? Tworzenie pakietu urządzeń złożonych z bioreaktorów oraz inkubatorów, autoklawów, komór laminarnych, zamrażarek, inkubatorów i innych sprzętów jako całość w znacznym stopniu utrudnia dostęp do postępowania innym Wykonawcom, którzy nie mają w swojej ofercie wszystkich wyspecyfikowanych urządzeń. Podzielenie całości na mniejsze pakiety wpłynie bardzo korzystnie na jakość postępowania, gdyż w dużym stopniu zwiększy konkurencyjność przetargu.

ODPOWIEDŹ 35:

Nie, zamówienie stanowi integralną całość. Zamawiający określił w SIWZ (w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, str. 41), iż „Wykonawca zapewni kompatybilność i bezawaryjną współpracę dostarczanej aparatury z bioreaktorami, co ma warunkować prowadzenie zaplanowanych procesów hodowli”.

ZAPYTANIE 36:

CZĘŚĆ XII : ZAMRAŻARKA – 1SZT.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki wykonanej wraz z półkami ze stali bez pokrycia polimerem co jest parametrem równoważnym? Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 36:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 37:

CZĘŚĆ XII : ZAMRAŻARKA – 1SZT.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę o wymiarach 67 x 87 x195cm (szer x gł x wys)? Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 37:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 38:

CZĘŚĆ XII : ZAMRAŻARKA – 1SZT.

4. Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę z zakresem temp.-18C do -25C gwarantowane w temperaturze zewnętrznej do +30C ?

ODPOWIEDŹ 38:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 39:

CZĘŚĆ XII : ZAMRAŻARKA – 1SZT.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę z zakresem temp.-20C do -30C gwarantowane w temperaturze zewnętrznej do +30C ?

ODPOWIEDŹ 39:


Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 40:

CZĘŚĆ XII : ZAMRAŻARKA – 1SZT.

R

P



6. Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę z możliwością rejestracji do 48h pracy w data loggerze i rejestracja dłuższych okresów na komputerze?

ODPOWIEDŹ 40:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 41:

CZĘŚĆ XII : ZAMRAŻARKA – 1SZT.

7. Czy Zamawiający zgodzi się na zamrażarkę z dużym 7” ekranem dotykowym TFT ?

ODPOWIEDŹ 41:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zapewniające funkcjonalność opisaną w SIWZ. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisem Rozdziału VI ust. 1 lit d) pkt 1) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do każdej z 23 pozycji sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia: fotografie, prospekty, rysunki, karty katalogowe, karty specyfikacyjne lub inne dokumenty dotyczące parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia;

ZAPYTANIE 42:

CZĘŚĆ XIII : WYTWORNICA LODU – 1SZT.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie części „XIII” dotyczącej „Wytwornica lodu” do osobnego pakietu i tym samym umożliwi złożenie oferty tylko na to urządzenie? Tworzenie pakietu urządzeń złożonych z bioreaktorów oraz inkubatorów, autoklawów, komór laminarnych, zamrażarek, inkubatorów i innych sprzętów jako całość w znacznym stopniu utrudnia dostęp do postępowania innym Wykonawcom, którzy nie mają w swojej ofercie wszystkich wyspecyfikowanych urządzeń. Podzielenie całości na mniejsze pakiety wpłynie bardzo korzystnie na jakość postępowania, gdyż w dużym stopniu zwiększy konkurencyjność przetargu.

ODPOWIEDŹ 42:

Nie, zamówienie stanowi integralną całość. Zamawiający określił w SIWZ (w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, str. 41), iż „Wykonawca zapewni kompatybilność i bezawaryjną współpracę dostarczanej aparatury z bioreaktorami, co ma warunkować prowadzenie zaplanowanych procesów hodowli”.

ZAPYTANIE 43:

CZĘŚĆ XIV : KOMORA LAMINARNA – 2SZT.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie części „XIV” dotyczącej „Komora laminarna” do osobnego pakietu i tym samym umożliwi złożenie oferty tylko na to urządzenie? Tworzenie pakietu urządzeń złożonych z bioreaktorów oraz inkubatorów, autoklawów, komór laminarnych, zamrażarek, inkubatorów i innych sprzętów jako całość w znacznym stopniu utrudnia dostęp do postępowania innym Wykonawcom, którzy nie mają w swojej ofercie wszystkich wyspecyfikowanych urządzeń. Podzielenie całości na mniejsze pakiety wpłynie bardzo korzystnie na jakość postępowania, gdyż w dużym stopniu zwiększy konkurencyjność przetargu.

ODPOWIEDŹ 43:

Nie, zamówienie stanowi integralną całość. Zamawiający określił w SIWZ (w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, str. 41), iż „Wykonawca zapewni kompatybilność i bezawaryjną współpracę dostarczanej aparatury z bioreaktorami, co ma warunkować prowadzenie zaplanowanych procesów hodowli”.

ZAPYTANIE 44:

B



CZĘŚĆ XIV : KOMORA LAMINARNA – 2SZT.

2. Czy w związku z zapisem nr.1 specyfikacji technicznej komory zamawiający wymaga certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą np. TUV?

ODPOWIEDŹ 44:

Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ.

ZAPYTANIE 45:

CZĘŚĆ XIV : KOMORA LAMINARNA – 2SZT.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z menu w języku angielskim?

ODPOWIEDŹ 45:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 46:

CZĘŚĆ XIV : KOMORA LAMINARNA – 2SZT.

4. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z oświetleniem <1200 lux?

ODPOWIEDŹ 46:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 47:

CZĘŚĆ XIV : KOMORA LAMINARNA – 2SZT.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę z szyba frontową nachyloną pod kątem ok 4 stopni?

ODPOWIEDŹ 47:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, zapewniające funkcjonalność opisaną w SIWZ. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisem Rozdziału VI ust. 1 lit d) pkt 1) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do każdej z 23 pozycji sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia: fotografie, prospekty, rysunki, karty katalogowe, karty specyfikacyjne lub inne dokumenty dotyczące parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia;

ZAPYTANIE 48:

CZĘŚĆ XIV : KOMORA LAMINARNA – 2SZT.

6. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę o wymiarach zewnętrznych 1990 x 840 x 2175 mm (szer x gł x wys)? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 48:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 49:

CZĘŚĆ XIV : KOMORA LAMINARNA – 2SZT.


7. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę o mocy 750W?

ODPOWIEDŹ 49:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

P
Poch

B



ZAPYTANIE 50:

CZEŚĆ XIV : KOMORA LAMINARNA – 2SZT.

8. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę o wymiarach przestrzeni roboczej 1840 x 600 x 700 mm (szer x gł x wys)? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 50:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAPYTANIE 51:

CZEŚĆ XIV : KOMORA LAMINARNA – 2SZT.

9. Czy Zamawiający zgodzi się na komorę ze ścianami bocznymi podwójnymi utrzymanymi w podciśnieniu co zwiększa bezpieczeństwo pracy i jest parametrem co najmniej równoważnym? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 51:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, zapewniające funkcjonalność opisaną w SIWZ. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisem Rozdziału VI ust. 1 lit d) pkt 1) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do każdej z 23 pozycji sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia: fotografie, prospekty, rysunki, karty katalogowe, karty specyfikacyjne lub inne dokumenty dotyczące parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia;

ZAPYTANIE 52:

CZEŚĆ XIV : KOMORA LAMINARNA – 2SZT.

10. Czy Zamawiający zgodzi się na zamontowanie gniazd prądowych na tylnej ścianie przy ścianach bocznych co jest parametrem równoważnym? Jeżeli nie proszę o uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ 52:

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje iż zgodnie z art. 38 w związku z art. 12a Ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) modyfikuje zapisy Rozdziału XI SIWZ w następujący sposób:

I) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: *Rozdział XI pkt 1 SIWZ*

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Raławickie 14

20-950 Lublin

Collegium Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223

nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 24.06.2014 r.

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Raławickie 14

20-950 Lublin



*Collegium Jana Pawła II
Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223
nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 01.07.2014 r.*

II) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: *Rozdział XI pkt 3 SIWZ*

TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:

*Otwarcie ofert odbędzie się 24.06.2014 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego tj.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Al. Raławickie 14; 20-950 Lublin;
Collegium Jana Pawła II
Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223.*

TREŚĆ PO MODYFIKACJI:

*Otwarcie ofert odbędzie się 01.07.2014 r. o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego tj.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Al. Raławickie 14; 20-950 Lublin;
Collegium Jana Pawła II
Dział Zamówień Publicznych, pokój C-223.*

Zamawiający – działając zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 2) Ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - przekazał ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PODPISANO

PROREKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

W Paw