

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 euro pn. **Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając na podstawie art 38 ust. 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, iż w dniu 29.04.2020 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania:

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby ewentualne kary były niższe i wynosiły 0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? Wysokość kar powinna być ustalona tak aby zapewnić prawidłowy proces dostarczenia towaru , nie powinny one służyć wzbogaceniu się Zamawiającego z tego tytułu, a w naszej ocenie kary te odbiegają znacząco od standardowej praktyki.

Odpowiedź:

Paragraf 6 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy – załącznika nr. 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych: 1) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”

Zapytanie 2:

Część 1: Dostawa myjki ultradźwiękowej

Czy Zamawiający dopuści myjkę ultradźwiękową o pojemności 1,6 l ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści myjkę ultradźwiękową o pojemności 1,6 l.

Zapytanie 3:

Część 1: Dostawa myjki ultradźwiękowej

Czy Zamawiający dopuści myjkę ultradźwiękową o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) (mm): 265 x 165 x 260 ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści myjkę ultradźwiękową o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) (mm): 265 x 165 x 260

Zapytanie 4:

Część 1: Dostawa myjki ultradźwiękowej

Czy Zamawiający dopuści myjkę ultradźwiękową o wymiarach zbiornika (dł. x szer. x wys.) (mm): 210x110x70 ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Ze względu na specyfikę prowadzonych badań Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania myjki ultradźwiękowej o podanych wymiarach.

Zapytanie 5:

Część 1: Dostawa myjki ultradźwiękowej

Czy Zamawiający dopuści myjkę ultradźwiękową o częstotliwości wynoszącej 40 kHz ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Ze względu na specyfikę prowadzonych badań Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania myjki ultradźwiękowej o podanej częstotliwości.

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów

Zapytanie 6:

Część 1: Dostawa myjki ultradźwiękowej

Czy Zamawiający dopuści myjkę ultradźwiękową o regulacji mocy 10-100 % zamiast regulacji trzystopniowej 50%/75%/100%?

Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści myjkę ultradźwiękową o regulacji mocy 10-100 %.

Zapytanie 7:

Czy w związku z utrudnionym ruchem granicznym spowodowanym obecną sytuacją epidemiczną w kraju Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,2% za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź:

Paragraf 6 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy – załącznika nr. 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych: 1) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia .”

Podpisano

z upoważnienia Rektora KUL

mgr Małgorzata Bajan-Sanocka
Dyrektor administracyjny